



Zdravstveni dom Celje

Datum: 17.11.2021
Št.: SJN/2021-6

STRANKAM OKVIRNEGA SPORAZUMA

ODGOVORI NA VPRAŠANJA VEZANA NA: Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov za izvedbo ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov

Na podlagi izvedbe odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št.: JN001411/2019-K01 z dne 15.3.2019 in Uradnem glasilu EU št.: 2019/S 051-116827 odgovarjamo na spodnja vprašanja:

VPRAŠANJE:

Vezano na prejeto povabilo (JN001411/2019-B01) k oddaji ponudbenih predračunov-odpiranje konkurence vam zastavljamo vprašanja:

Zdravstveni dom Celje, sklop 1:

Postavka 2601027:

VPR: Razpisujete kanilo iz poliuretana brez varnostnega mehanizma, ki preprečuje vbodne incidente. Ker je na trgu trenutno pomanjkanje takih kanil vas prosimo, da potrdite da vam lahko ponudimo kanilo, ki sicer popolnoma ustreza vašemu opisu, le da je iz nekoliko tršega materiala teflon.

Ali zahtevate kanilo z varnostnim mehanizmom, ki vaše zaposlene varuje pred vbodnim incidentom in pršitvijo krvi, ter tako preprečuje okužbo s krvno prenosljivimi boleznimi?

Postavke 2601031, 2601033, 2601034, 2601035

VPR: Razpisujete kanilo iz poliuretana brez varnostnega mehanizma, ki preprečuje vbodne incidente. Ker je na trgu trenutno pomanjkanje takih kanil vas prosimo, da potrdite da vam lahko ponudimo kanilo, ki sicer popolnoma ustreza vašemu opisu, le da je iz nekoliko tršega materiala teflon.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi kanile, ki so paralela artiklu za katerega vam je bila priznana sposobnost. Kar pomeni, da so po kvaliteti enakovredne tistim za katere je bila priznana sposobnost.

Strokovni sodelavec za javna naročila:
Vlado Geršak, univ. dipl. org.

mag. Alenka Obrul l.r.
direktorica